

广西壮族自治区血液中心

政府采购进口产品专家论证报告

2023年05月23日

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name '姚莉' (Yao Li), written in a cursive style.

EVO 全自动样品处理系统一次性加样针

政府采购进口产品专家论证报告

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司受广西壮族自治区血液中心的委托，于 2023 年 05 月 23 日在柳州市高新三路 9 号恒江源商业小区 2 号楼（办公大楼）19 楼（广西嘉华建设项目管理咨询有限公司）会议室组织有关专家对政府采购进口产品进行了论证。参加论证会的技术、法律专家有：柳州市医药情报所姚莉副主任医师、柳州市人民医院玉珍副主任护师、退休李俊杰副主任医师、柳州市鱼峰区总工会李靖高级审计师、广西超仁律师事务所王春妮律师。列席会议的有：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司柳州桂中分公司工程师苏永青等。

（一）项目情况

一、采购设备的用途

用于血液集中化检测中酶免实验过程中的准确加样。

二、主要技术指标

1. 一次性加样针产品：具有导电材质，能够判断液位高度。支持、液位、凝块、气泡检测功能，与现有系统配套，当液位不足、有凝块、有气泡问题出现时，系统能够通过一次性加样针产品检测到问题。

2. 与系统整合后能够达到以下变异系数要求 200ul: 10ul CV (%) < 3.5; 50ul CV (%) < 1.5; 100ul CV (%) < 0.75。1000ul: 10ul CV (%) < 3.5; 50ul CV (%) < 1.5; 100ul CV (%) < 0.75。

3. 规格为：200ul; 1000ul。

4. 可在室温下长期存储(至少能保障 18 个月的存储期)。

三、进口产品和国产产品性能比较

目前，我中心使用的进口 EVO 全自动样品处理系统，需要配备使用专机专用的一次性加样针，国产一次性加样针没有相应的导电材质和传感器，对液位不足、凝块、气泡等故障将无法及时检测发现，难以与进口的 EVO 全自动样品处理系统有效匹配使用。

四、进口产品和国产产品价格比较

进口产品价格：1.42 元/支，国产产品价格：0.8 元/支。

五、进口产品的服务

进口品牌在国内有非常成熟的售后技术团队，可以随时为客户提供原厂的高端服务，确保客户获得全方位的技术保障和良好的售后维修。国产设备厂家售后团队技术人员较少，且技术水平参差不齐，人员流动性比较大，服务水平相对差些。

（二）论证会议程

- 1、与会人员签到；
- 2、采购代理机构人员主持会议；
- 3、介绍参加会议人员；



- 4、项目业主单位介绍项目情况；
- 5、论证小组推选一名组长；
- 6、组长主持政府采购进口产品论证；
- 7、编制论证报告；
- 8、专家组在论证报告及《政府采购进口专家论证意见》表上签字；
- 9、会议结束。

三、会议结论

政府采购进口产品论证专家组的组成：

姓名	专业	工作单位	技术职称
姚莉	医学	柳州市医药情报所	副主任医师
玉珍	护理	柳州市人民医院	副主任护师
李俊杰	医学	退休	副主任医师
李靖	经济师	柳州市鱼峰区总工会	高级审计师
王春妮	法律	广西超仁律师事务所	律师

论证会由广西嘉华建设项目管理咨询有限公司人员组织。论证专家组认真听取了业主单位项目介绍，对政府采购进口产品进行了讨论。

论证专家组的结论是：

广西血液集中检测以及血液中心血液检测设备均为 EVO 全自动样品处理系统，由于国产一次性加样针无传感器设置或传感器与进口设备不匹配等情况，会出现对液位不足、凝块、气泡等故障探测失败现象，必须使用进口的专机专用的一次性加样针，以确保整套设备的兼容性，避免造成误差和安全隐患。该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》禁止或限制的产品。经专家组讨论一致建议购买进口 EVO 全自动样品处理系统一次性加样针。

专家签字：

姚莉 李俊杰 李靖 王春妮

2023年05月23日